

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế Đơn Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm trang thiết bị nhỏ, y dụng cụ, vật tư, phụ kiện thay thế, sửa chữa năm 2024 tại Trung tâm y tế huyện Đơn Dương với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Đơn Dương - 46 Phạm Ngọc Thạch, Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: DS. Hoàng Anh Dũng – SĐT: 0355407965 – Email: hoanganhdung1851995@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận tại địa chỉ: 46 Phạm Ngọc Thạch, Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 21 tháng 6 năm 2024 đến trước 17h ngày 04 tháng 7 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày 04 tháng 7 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị):

| STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/khối lượng | Đơn vị tính |
|-----------------------------|----------------------|--|---------------------|-------------|
| I. Phần lô Y dụng cụ | | | | |
| 1 | Chén inox | Chất liệu: inox 304 Kích thước: 8x5 cm | 13 | Cái |
| 2 | Kéo thẳng các cỡ | Kích thước 10-14cm, chất liệu thép không gỉ | 4 | Cái |
| 3 | Kéo cong nhọn các cỡ | Kích thước 10-14cm, chất liệu thép không gỉ | 2 | Cái |
| 4 | Kéo thẳng nhọn | Kích thước 10-14cm, chất liệu thép không gỉ | 7 | Cái |
| 5 | Pen thẳng có máu | Kích thước 14-18cm, chất liệu thép không gỉ | 8 | Cái |
| 6 | Pen thẳng không máu | Kích thước 14-18cm, chất liệu thép không gỉ | 2 | Cái |

| | | | | |
|----|---|--|----|-----|
| 7 | Korcher thẳng có máu | Kích thước 16cm, chất liệu thép không gỉ | 2 | Cái |
| 8 | Kéo cắt chỉ thẩm mỹ | Kích thước 10cm, chất liệu thép không gỉ | 2 | Cái |
| 9 | Pen kẹp kim | Kích thước 15cm, chất liệu thép không gỉ | 2 | Cái |
| 10 | Móc lấy dị vật | Kích thước 16,5cm, chất liệu thép không gỉ | 2 | Cái |
| 11 | Pen cong có máu | Kích thước 12-15cm, chất liệu thép không gỉ | 2 | Cái |
| 12 | Cán dao mổ | Số 3, Chất liệu thép không gỉ | 5 | Cái |
| 13 | Kẹp phẫu tích có máu | Kích thước 15-18cm, chất liệu thép không gỉ | 5 | Cái |
| 14 | Huyết áp cơ người lớn | * Khoảng đo: từ 0 đến 300mmHg * Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không (0) * Độ chính xác: ± 3 mmHg | 20 | Bộ |
| 15 | Huyết áp cơ trẻ em | * Khoảng đo: từ 0 đến 300mmHg * Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không (0) * Độ chính xác: ± 3 mmHg | 5 | Bộ |
| 16 | Xe cải tiến hỗ trợ bệnh nhân chụp CT, X Quang | - Vật liệu: Toàn bộ xe đẩy, băng ca được làm từ inox 304, một loại thép không gỉ phổ biến trong các ứng dụng y tế do khả năng chống ăn mòn và dễ làm sạch. - Kích thước và Trọng lượng chịu được: Băng ca có kích thước 600x2000x850mm phù hợp để di chuyển và vận chuyển bệnh nhân một cách thuận tiện. - Trọng lượng chịu được của băng ca là 120kg, đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển bệnh nhân. - Cấu trúc chân xe: Chân xe có hình dạng chữ U nằm ngang, cung cấp sự ổn định và cân bằng cho băng ca khi di chuyển. Chân xe được kết nối với nhau bằng hình hộp chữ nhật, cung cấp sự chắc chắn và độ bền cho cấu trúc tổng thể của băng ca. | 2 | Cái |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|--|---|-----|
| | | <p>- Bánh xe: Băng ca có tổng cộng 4 bánh xe, giúp việc di chuyển trở nên dễ dàng và linh hoạt. Các bánh xe được thiết kế với chức năng khóa bánh để đảm bảo an toàn khi đứng yên.</p> <p>- Bề mặt xe: Phía trên bề mặt xe có tấm nhựa mica không dính đến thân xe. Tấm mica này có thể dễ dàng làm sạch và làm giảm nguy cơ lây nhiễm cho bệnh nhân và nhân viên y tế.</p> <p>- Khi đặt bệnh nhân lên giường, băng ca cái tiến kéo hai thanh chắn ngang hai bên để tránh bệnh nhân rớt xuống giường. Sau khi đưa giường cái tiến lồng qua bàn chụp CT. Ta đặt một tấm mút xấp dưới tấm mica sau đó nâng bàn chụp CT lên thì mặt tấm mica sẽ nâng lên khỏi giường cái tiến. Sau đó rút xe ra và thực hiện chụp CT như bình thường.</p> | | |
| 17 | Máy đo nồng độ oxy trong máu để bàn | Màn hình hiển thị OLED màu 1.8", độ phân giải 160×128 Dải đo SPO2 là 0 – 100% Dải đo nhịp tim: 30 – 250BPM | 4 | Cái |
| 18 | Máy điện châm | Tần số xung: 1.2Hz – 55Hz, +/- 30% | 5 | Cái |
| 19 | Đèn soi tĩnh mạch | - LED: 3 đèn nhỏ bên trong màu đỏ 620~630nm | 2 | Cái |
| 20 | Bộ đặt nội khí quản 4 lưỡi | Gồm 4 lưỡi, 4 kích thước | 2 | Bộ |
| 21 | Buồng đệm khí dung | thể tích buồng đệm 220ml, có van, có nối bộ định liều, dùng định liều khí dung xông. | 2 | Cái |
| 22 | Đèn gù hồng ngoại | Chiều cao đèn 1,7 mét, đế rộng 16cm, dây dẫn điện 1,8m được gắn chặt với nhau, Cổ định vị xoay linh động đến gần 360°, khoảng rộng 30cm+30cm, đuôi đèn ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn, vỏ đèn làm bằng inox, chóa đèn chất liệu | 2 | Bộ |

| | | | | |
|---|--|---|----|-----|
| | | nhôm, bóng đèn hồng ngoại, hình bầu dục, vỏ bóng tròn màu hồng hoặc màu đỏ hồng ngoại. | | |
| 23 | Bộ ambu bóp bóng silicon sơ sinh + peepval | Bao gồm: 1. Bóng bóp Silicon (Dung tích 250-1600ml) 1. Mặt nạ Silicon 1. Túi silicon chứa oxy (Dung tích: 1000-2500ml) 1. Dây nối oxy 2m 1. Val peep | 2 | Bộ |
| 24 | Bộ dụng cụ lấy chấp mắt | Gồm các dụng cụ lấy chấp mắt | 1 | Bộ |
| 25 | Bộ dụng cụ lấy dị vật mắt | Gồm các dụng cụ lấy dị vật mắt | 1 | Bộ |
| II. Phân lô vật tư tiêu hao | | | | |
| 26 | Ballon số 1 | Số 1 | 1 | Cái |
| 27 | Ballon số 2 | Số 2 | 1 | Cái |
| 28 | Ballon số 3 | Số 3 | 1 | Cái |
| 29 | Đai kéo cột sống lưng | Đai dùng vật lý trị liệu kéo giãn cột sống | 6 | Cái |
| 30 | Đai kéo cổ | Đai dùng vật lý trị liệu kéo giãn cổ | 2 | Cái |
| 31 | Tấm che mắt cotton | Chất liệu: Cotton, dùng che mắt khi chiếu đèn vàng da sơ sinh | 30 | Cái |
| 32 | Túi đựng trữ oxy | Kích thước: 3-5 lít | 1 | Cái |
| 33 | Miếng bọt biển đường kính 6cm | Chất liệu làm bằng Poly Styren có hình oval hoặc hình chòn | 64 | Cái |
| III. Phân lô vật tư, phụ kiện thay thế | | | | |
| 34 | Bóng gây mê loại 1 lít | Kích thước loại 1 lít | 1 | Cái |
| 35 | Bóng gây mê loại 2 lít | Kích thước loại 2 lít | 1 | Cái |
| 36 | Bóng gây mê loại 3 lít | Kích thước loại 3 lít | 1 | Cái |
| 37 | Bộ dây điện cực máy đo điện não | Dùng cho máy Contec - Trung Quốc | 1 | Bộ |
| 38 | Sensor máy spo2 | Dùng cho máy PalmCare Plus - Hàn Quốc | 15 | Cái |
| 39 | Sensor máy spo2 nhi | Dùng cho máy PalmCare Plus - Hàn Quốc | 4 | Cái |

| | | | | |
|---------------------|---|---|---|-----|
| 40 | Sensor Spo2 của máy monitor 5 thông số | Dùng cho máy Nihon Kohden - Nhật Bản | 2 | Cái |
| 41 | Sensor đo huyết áp của máy monitor 5 thông số | Dùng cho máy Nihon Kohden - Nhật Bản | 2 | Cái |
| 42 | Sensor đo SpO2 máy monitor 7 thông số | Dùng cho máy GE Healthcare - Phần lan | 4 | Cái |
| 43 | Sensor đo điện tim máy monitor 7 thông số | Dùng cho máy GE Healthcare - Phần lan | 2 | Cái |
| 44 | Sensor đo huyết áp máy monitor 7 thông số | Dùng cho máy GE Healthcare - Phần lan | 2 | Cái |
| 45 | Sensor máy đo huyết áp | Dùng cho máy Kenzmedico - Nhật Bản | 2 | Cái |
| 46 | Sensor máy đo điện tim | Dùng cho máy Fukuda Denshi - Nhật Bản | 2 | Cái |
| 47 | Cáp điện tim | Dùng cho máy Fukuda Denshi - Nhật Bản | 3 | Cái |
| 48 | Cáp điện cực máy giao thoa + 4 cực | Dùng cho máy giao thoa Hanil - Hàn Quốc | 2 | Bộ |
| 49 | Dây của hệ thống thụt tháo | Sử dụng cho hệ thống thụt tháo | 1 | Cái |
| 50 | Dây nối bình tạo âm máy tạo oxy silicon | Chất liệu silicon | 5 | Cái |
| 51 | Dây đai đầu dò | Dùng cho máy monitoring sản khoa | 6 | Cái |
| 52 | Tăng phô điện tử | Tăng phô bóng đèn chiếu vàng da, nguồn điện 220v, nguồn chuyển sang bóng đèn 18W | 2 | Cái |
| 53 | Bóng đèn 18W Osram | Bóng đèn dùng để chiếu vàng da, dạng chữ U, công suất 18W | 2 | Cái |
| 54 | Bóng đèn cực tím chiếu vàng da 2 mặt | Bóng đèn dùng để chiếu vàng da, dạng thẳng, chiều dài bóng 590mm, đường kính 32mm | 4 | Cái |
| Tổng cộng: 54 khoản | | | | |

2. Địa điểm cung cấp: TTYT Đơn Dương, 46 Phạm Ngọc Thạch, Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Hình thức thanh toán: Bằng hình thức chuyển khoản
- Thời hạn thanh toán: trong vòng 90 kể từ ngày Bên A nhận đủ hàng hóa và chứng từ hợp lệ do Bên B cung cấp.
- Đồng tiền thanh toán theo hợp đồng: Việt Nam đồng
- Số lần thanh toán: thanh toán 1 lần.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Khoa Dược – TTB – VTYT.

GIÁM ĐỐC



Đỗ Phú Nhựt